Алгоритм «Ручного ПСО»

- [ ] **1.** Цель: удаление крови, белковых, жировых, механических загрязнений, а также лекарственных препаратов.

- [ ] **2.** Провести дезинфекцию. Экспозиция 60 минут, инструмент в разобранном виде, заполнить все полости, обеспечить полное погружение в дезраствор.

- [ ] **3.** Промывать проточной водой до исчезновения запаха дезсредства. Первые два этапа проводятся процедурной м/с, затем инструмент направляется в ЦСО

- [ ] **4.** Погрузить инструмент в моющий раствор

- [ ] **5.** на 975 мл воды 5 г моющего средства /Лотос, Астра, Прогресс/ и 20 мл перекиси водорода 33%

- [ ] **6.** 5 г моющего средства с биодобавками /Биолот/ на 1 л воды.

- [ ] **7.** Инструменты замачивают на 15 минут Температура моющего раствора типа «Лотос» - 50-55 гр С, с биодобавками – 40-45 гр С.

- [ ] **8.** Моющий раствор на основе синтетического средства используют неоднократно /5-6 раз или до изменения цвета/, каждый раз подогревать перед использованием. Моющий раствор на основе порошка с биодобавками используют однократно.

- [ ] **9.** Провести механическую очистку в моющем растворе

- [ ] **10.** Каждое изделие тщательно очищается в течении 30 сек с использованием ерша, тампонов и т.д.
- [ ] **11.** Промыть под проточной водой
- [ ] **12.** Промывание проводится не менее 5-10 минут /время зависит от выбранного моющего средства/.
- [ ] **13.** Провести пробы на качество очистки.
- [ ] **14.** Ополоснуть дистиллированной водой
- [ ] **15.** Не менее 30 сек для осаждения примесей проточной водой
- [ ] **16.** Проводится в сушильных или сухожаровых шкафах при температуре 80-85 гр до полного исчезновения влаги /20 минут/.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?