**Чек-лист | Эксперт**

# «Проведения экспресс теста на ВИЧ»

- [ ] **1.** Цель: профилактика ИСМП.
- [ ] **2.** Показания: аварийная ситуация.
- [ ] **3.** Оснащение: перчатки, Набор ИммуноХром-антиВИЧ-1/2-Экспресс.
- [ ] **4.** Проверить срок годности набора.
- [ ] **5.** Надевать одноразовые перчатки, маску, защитные очки (экран).
- [ ] **6.** Если тест находился в холодильнике, то перед проведением анализа компоненты набора следует выдержать при комнатной температуре (+18-25°С) в течение 5-10 мин.
- [ ] **7.** Вскрыть упаковку планшета, разрывая ее вдоль прорези и извлечь планшет.
- [ ] **8.** Достать из упаковки пипетку, реактив, скарификатор.
- [ ] **9.** Для получения капиллярной крови обработать палец антисептической салфеткой и проколоть его скарификатором.
- [ ] **10.** Позиционировать проколотый скарификатором палец так, чтобы капля крови находилась над окошком S (образец) планшета. Дать 2-м каплям крови упасть в окошко.
- [ ] **11.** К месту прокола приложить антисептическую салфетку

- [ ] **12.** Когда кровь впитается, добавить 2 капли (~80 мкл) реагента для разведения.

- [ ] **13.** Скарификатор сбросить в непрокалываемый контейнер для отходов класса «Б».

- [ ] **14.** Антисептические салфетки утилизировать в отходы класса «Б», упаковки от салфеток в отходы класса «А».

- [ ] **15.** Через 15 мин визуально оценить результат.

- [ ] **16.** - Положительный результат. Выявление в тестовой зоне планшета двух линий розово-фиолетового цвета на уровне маркировок Т (тест) и С (контроль) свидетельствует о положительном результате анализа, т.е. указывает на то, что в анализируемом образце содержатся

- [ ] **17.** - Отрицательный результат. Выявление в тестовой зоне планшета только одной линии розово-фиолетового цвета на уровне маркировки С (контроль) свидетельствует об отрицательном результате анализа, т.е. указывает на то, что в анализируемом образце антител к ВИ

- [ ] **18.** - Ошибочный результат. Отсутствие линии розово-фиолетового цвета на уровне маркировки С (контроль) свидетельствует об ошибке тестирования. Следует провести повторное определение с использованием другого планшета.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?